

2019年10月1日

会 員 各 位

一般社団法人全国高圧ガス容器検査協会

会 長 白 砂 清 一

高圧ガス容器再検査による事故防止について(注意喚起)

(一社)日本産業・医療ガス協会より、先般、日本薬局方酸素及び二酸化炭素の容器再検査におきまして、外面研磨に使用した鉄球及びその破砕片が容器内に混入したまま出荷され、自主回収に至った事案についてご連絡がありました。

なお、容器検査所の実施した容器再検査工程が不十分であったこと以外、原因については不明ですが、会員各位におかれましても、自社の工程を改めて確認し、同様なトラブルが起こらないようご注意ください。

以上